

機器利用者 各位

共同利用生化学系分室  
分室長 岸田 昭世

## LSM700/ApoTome システムをご利用の皆様へ (時間外利用の解禁について)

共同利用研究室の機器をいつもご利用いただきありがとうございます。

5月より行っておりました**共焦点顕微鏡 LSM700**の時間外利用の禁止措置について、所定の準備が整いましたので、該当機器の時間外利用の禁止措置を解禁します。

利用者におかれましては、機器の使用に際し、以後も規則や操作マニュアルに従って適正にご利用下さい。絶対にOSおよびZen(またはAxioVision)以外のソフトウェアを立ち上げないようにお願い致します。

また、少しでも異常を感じたらすぐに報告するようお願い致します。

(時間外利用の解禁)

- 共焦点顕微鏡 LSM700 及び 蛍光顕微鏡 ApoTome システム (ZEISS 社製)

日時： 12月22日(金)～

**注意！ 該当の設置部屋には防犯カメラが設置されております**

- 立ち上げ・シャットダウンは必ずマニュアルに従い、手順どおり行うこと
- 無断で設定を書き換えないこと
- USBメモリの使用等、不正なプログラムに感染する恐れのある行為を行わないこと
- ステージ清掃・レンズクリーニングの励行をお願いします (レンズクリーニングにキムワイプは使用しないこと)

USBメモリの使用を発見した場合は、アカウントの停止・原状回復費用の請求等の厳正な措置をとらせて頂きます。

なお、ルールに則り正しく利用されている方に関しましても、いつPCが壊れてもいよう、データ等をこまめにCD-R/DVD-R等に焼いておくようお心掛け下さい。

また、LSMのトラブル対応中は、ApoTomeシステムをご利用いただけますようお願い致します。

さらに、共同利用研究室4階の機器から得られたデータに不正なプログラム等が含まれていた場合は、速やかに共同利用の上田までご連絡頂きますようお願い致します。

共同利用研究室 生化学系・培養系分室

上田 (内線 7029/5462)

[wed-masa@m2.kufm.kagoshima-u.ac.jp](mailto:wed-masa@m2.kufm.kagoshima-u.ac.jp)